

KLAY-INSTRUMENTS B.V.

Дата
продажи

Серийный
номер

Модификация

Интеллектуальные датчики давления
серий 2000, 2000-Cable, 2000-SAN,
2000-SAN-Cable, CER-2000

П А С П О Р Т



Свидетельство об утверждении типа средств измерений:
NL.C.30.004.A №65309 (регистрационный номер 66794-17)

1. Сведения об изделии

Датчики давления серий 2000, 2000-Cable, 2000-SAN, 2000-SAN-Cable, CER-2000 (далее - датчики) предназначены для измерения давления, уровня или объема жидкостей в различных емкостях и технологических линиях, использующихся в химической, пищевой и других отраслях промышленности.

2. Основные технические данные

Характеристики датчика соответствуют его условному обозначению, указанному на шильдике.

Техническая информация представлена в приложенном руководстве по эксплуатации.

Электронная версия РЭ в формате pdf-документа доступна для скачивания в разделе «Цены и документация» на сайте www.kipservis.ru.

3. Комплектность

Наименование	Количество	Примечание
Датчик давления	1 шт	В соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации	1 шт	
Паспорт	1 шт	

4. Условия и правила эксплуатации

- Монтаж и эксплуатация датчика должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Необходимо проверить соответствие параметров датчика производственным условиям.
- Рекламации на датчики без серийного номера завода-изготовителя и на датчики с установленным фактом манипуляций с электронными компонентами и другими внутренними частями, не принимаются.
- Рекламации на датчики с дефектами, вызванными нарушением правил эксплуатации, транспортировки и хранения, не принимаются.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА С ВИДИМЫМИ
МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ**

5. Транспортирование и хранение

Хранение и транспортировка датчиков производится в индивидуальной упаковке при температуре 10...35 °С в сухих помещениях и закрытом транспорте.

6. Сертификаты

Свидетельство об утверждении типа средств измерений:

NL.C.30.004.A ?65309 (регистрационный номер 66794-17)

Межповерочной интервал 3 года

Сертификат соответствия взрывозащиты: №ЕАЭС RU C-NL.АЖ38.В.00213/19

7. Свидетельство об упаковке

Дата изготовления отражена в серийном номере датчика. Расшифровка серийного номера производится согласно руководству по эксплуатации.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи.

9. Свидетельство о приемке

Признан годным к эксплуатации

10. Сведения об утилизации

Датчик не содержит вредных материалов или веществ, требующих специальных методов утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая датчик.

11. Изготовитель

Компания: KLAY INSTRUMENTS B.V.

Адрес: Nijverheidswed 5 7991 CZ Dwingeloo, Netherlands

Страна: Нидерланды

12. Официальный представитель на территории РФ (импортер)

Фирма: ООО «КИП-Сервис».

Адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. М. Седина, д. 145/1.

Телефон: (861) 255-97-54.

www.kipservis.ru

13. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Отметка продавца _____



* 2 0 1 0 3 0 2 8 2 3 1 0 0 1 0 8 0 7 2 1 *