



Дата
продажи

Серийный
номер

Модификация

Датчики давления
Hydrobar-cable, Hydrobar-cable-FR, Hydrobar-EXTD

П А С П О Р Т



Свидетельство об утверждении типа средств измерений
NL.C.30.004.A №70132 (регистрационный номер 71417-18)

1. Сведения об изделии

Датчики давления серий Hydrobar-cable, Hydrobar-cable-FR, Hydrobar-EXTD (далее - датчики) предназначены для измерения давления и уровня жидкости в различных резервуарах, открытых водоемах и скважинах в системах водоподготовки, водоочистки и канализации.

2. Основные технические данные

Характеристики датчика соответствуют его условному обозначению, указанному на этикетке.

Техническая информация представлена в приложенном руководстве по эксплуатации.

Электронная версия РЭ в формате pdf-документа доступна для скачивания в разделе «Цены и документация» на сайте www.kipservis.ru.

3. Комплектность

Наименование	Количество	Примечание
Датчик уровня	1 шт	В соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации	1 шт	
Паспорт	1 шт	

4. Условия и правила эксплуатации

- Монтаж и эксплуатация датчика должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Необходимо проверить соответствие параметров датчика производственным условиям.
- Рекламации на датчики без серийного номера завода-изготовителя и на датчики с установленным фактом манипуляций с электронными компонентами и другими внутренними частями, не принимаются.
- Рекламации на датчики с дефектами, вызванными нарушением правил эксплуатации, транспортировки и хранения, не принимаются.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА С ВИДИМЫМИ
МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ**

5. Транспортирование и хранение

Хранение и транспортировка датчиков производится в индивидуальной упаковке при температуре 10...35°C в сухих помещениях и закрытом транспорте.

6. Сертификаты

Свидетельство об утверждении типа средств измерений:

NL.C.30.004.A №70132 (регистрационный номер 71417-18)

Межповерочный интервал 2 года.

Сертификат соответствия взрывозащиты: EAЭС RU C-NL.AЖ38.B.00213/19

7. Свидетельство об упаковке

Дата изготовления отражена в серийном номере датчика. Расшифровка серийного номера производится согласно руководству по эксплуатации.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

9. Свидетельство о приемке

Признан годным к эксплуатации

10. Сведения об утилизации

Датчик не содержит вредных материалов или веществ, требующих специальных методов утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая датчик.

11. Изготовитель

Компания: KLAY INSTRUMENTS B.V.

Адрес: Nijverheidswed 5 7991 CZ Dwingeloo, Netherlands

Страна: Нидерланды

12. Официальный представитель на территории РФ (импортер)

Фирма: ООО «КИП-Сервис».

Адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. М. Седина, д. 145/1.

Телефон: (861) 255-97-54 (многоканальный).
www.kipservis.ru

13. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Отметка продавца _____

