

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 71767-18

Срок действия утверждения типа до **9 июля 2029 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие
ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг, ДА2005Сг,
ДА2005Сг1Ех, ДА2010Сг**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Манотомь" (ОАО "Манотомь"), г. Томск

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МИ 2124-90

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года**

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии **от 21 ноября г. N 2407.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024

Е.Р.Лазаренко

«01» декабря 2023 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

РФ.С.30.004.А № 70503/1

Срок действия до 09 июля 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
**Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие
сигнализирующие ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг,
ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг, ДА2005Сг, ДА2005Сг1Ех, ДА2010Сг**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Манотомь" (ОАО "Манотомь"), г. Томск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 71767-18

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МИ 2124-90

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года**

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **23 января 2020 г.**
№ 70

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов

"20" 01 2020 г.

Серия СИ



№ 040009

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг, ДА2005Сг, ДА2005Сг1Ех, ДА2010Сг

Назначение средства измерений

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг, ДА2005Сг, ДА2005Сг1Ех, ДА2010Сг (далее - приборы) предназначены для измерений избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов в различных отраслях промышленности (в т.ч. на объектах использования атомной энергии).

Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на уравнивании измеряемого давления силами упругой деформации манометрической пружины. Для управления внешними электрическими цепями применяется сигнализирующее устройство прямого действия. Под воздействием измеряемого давления свободный конец манометрической пружины перемещается и через передаточный механизм приводит во вращательное движение указательную стрелку и поводок сигнализирующего устройства относительно шкалы прибора.

Приборы могут иметь корпус из алюминиевых сплавов или стальной (с фланцем и без фланца, радиальным или осевым штуцером).

Приборы могут изготавливаться с сигнализирующим устройством исполнений III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88. Конструктивно сигнализирующее устройство приборов может быть выполнено как со скользящими контактами, так и с магнитным поджатием контактов.

Кабельный ввод может быть расположен как на задней так и на боковой поверхности корпуса.

По защищенности от воздействия окружающей среды приборы в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 имеют исполнения:

1) по устойчивости к атмосферным воздействиям:

- обыкновенное;

- защищенное от попадания внутрь пыли и воды;

2) по устойчивости к воздействию агрессивных сред:

- обыкновенное;

- защищенное от агрессивной среды (в дальнейшем - исполнения «Кс»).

Приборы ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех (в дальнейшем - исполнение «1Ех») являются взрывозащищенным видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» и имеют маркировку по взрывозащите IExdIIBT4.

Приборы исполнения «1Ех» могут устанавливаться в соответствии с ГОСТ 30852.13-2002 во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках классов I и 2 по ГОСТ 30852.9-2002, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА и IIВ групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.19-2002.

Приборы относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым двухфункциональным изделиям.



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

Филишин А.С.

Код заказа прибора:

DX20XXC1XX - XXXX - XX - АЭС-кл. б. 3 - XX - XX - М.П. - XX - XX - 2 - ТУ 4212-040-00225590-2001

условное обозначение
и вид климатического
исполнения

верхнее значение диапазона показаний
(По требованию потребителя
оговаривается наличие предельной
отметки: например, 100/75)

класс точности измерения давления

класс безопасности

наименование измерительных станций - «АЭС», Класс безопасности

наименование измеряемой среды при специальном исполнении
прибора (кислород, с обезжиренной рабочей полостью)

конструктивное исполнение:

наличие фланца, демфера, расположение штуцера

исполнение сигнализирующего устройства

исполнение контактов с магнитным поджатием, боковой разъем

тип защиты, материал корпуса, резьба штуцера

дополнительные данные (иностр. язык для сопровод. документации)

экспортное исполнение

обозначение технических условий



Вс

Примечание

1. За базовое исполнение приняты следующие исполнения приборов: степень защиты - IP4X; единица измерения кгс/см²; рез.
2. В схеме кода заказа прибора не указываются данные базового исполнения.



Handwritten signature in blue ink.

Общий вид приборов представлен на рисунках 1-5.
Место нанесения знака поверки и пломбирования приборов приведено на рисунке 6.




Рисунок 1 - Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих сигнализирующих ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг





Рисунок 2 - Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих сигнализирующих ДМ2005Сг1Ех, ДВ2005Сг1Ех, ДА2005Сг1Ех

Рисунок 3 - Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих сигнализирующих ДМ2005Сг1ЕхКе, ДВ2005Сг1ЕхКе, ДА2005Сг1ЕхКе



КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Филиюшин А.С.

Рисунок 4 - Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих сигнализирующих ДМ2010Сг, ДВ2010Сг,




Рисунок 5 - Фотографии общего вида манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих сигнализирующих с боковым кабельным






Рисунок 6 - Схема пломбирования от несанкционированного доступа и обозначение мест для нанесения оттисков клейма ОТК и знака поверки

Приборы должны быть опломбированы по запросу потребителя. Приборы, исполнения АЭС, исполнения «IEx» и в экспортном исполнении выпускаются пломбированными.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон показаний, МПа* - ДМ2005Сг, ДМ2010Сг, ДМ2005СгIEx - ДВ2005Сг, ДВ2010Сг, ДВ2005СгIEx - ДА2005Сг, ДА2010Сг, ДА2005СгIEx	от 0 до 0,1; от 0 до 0,16; от 0 до 0,25; от 0 до 0,4; от 0 до 0,6; от 0 до 1; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5; от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40; от 0 до 60; от 0 до 100; от 0 до 160 от -0,1 до 0 от -0,1 до +0,06; от -0,1 до +0,15; от -0,1 до +0,3; от -0,1 до +0,5; от -0,1 до +0,9; от -0,1 до +1,5; от -0,1 до +2,4
Диапазон измерений, % от диапазона показаний	от 0 до 75 (для избыточного давления) 100 (для вакуумметрического давления)
Класс точности приборов	1,0; 1,5
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % (от диапазона показаний)	

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Филюшин А.С.



Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, % (в зависимости от модификации)*: - со скользящими контактами - с магнитным поджатием	$\pm 1,5; \pm 2,5$ $\pm 4,0; \pm 6,0$
Вариация показаний, не более, % от диапазона показаний	1,0; 1,5
Вариация срабатывания сигнализирующего устройства, не более, % от диапазона показаний - со скользящими контактами - с магнитным поджатием	1,5; 2,5 4,0; 6,0
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (от диапазона показаний) погрешности показаний, вызванной отклонением температур от нормальных условий, %	$\Delta = \pm K_t \cdot \Delta t$ где K_t - температурный коэффициент, не более 0,06 %/°C - при определении изменения показаний приборов и не более 0,1 %/°C - при определении изменения срабатывания сигнализирующего устройства; Δt - абсолютное значение разности температур, определяемое по формуле $\Delta t = t_2 - t_1 $, где t_2 - действительное значение температуры от -60 до +70 °C, для приборов исполнения «IEx» от -50 до +60 °C; t_1 - любое действительное значение температуры окружающего воздуха, равное от +21 до +25 °C для приборов класса точности 1 и от +18 до +28 °C для приборов класса точности 1,5.
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от +21 до +25 (для к. т. 1,0) от +18 до +28 (для к. т. 1,5) от 30 до 80 от 84 до 106,7
Примечание:*	
1 По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см ²), МПа (с 9 кгс/см ²)	
2 ДМ2010Сг (ДВ2010Сг, ДА2010Сг) с осевым пистолетом изготавливаются с диапазоном показаний от (-0,1 - 0) МПа [(-1 - 0) кгс/см ²] до (0 - 60) МПа [(0 - 600) кгс/см ²]	
3 По требованию потребителей приборы могут изготавливаться в других единицах измерений, допускаемых к применению в РФ	
4 Конкретное значение погрешности указано в паспорте	

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры сигнализирующего устройства: - напряжение внешних коммутируемых цепей: для цепей переменного тока для цепей постоянного тока - разрывная мощность контактов для цепей переменного тока, В·А для цепей постоянного тока, В·А - сила тока, А	380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220 В) 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110 В) со скользящими контактами 20 10 с магнитным поджатием контактов 50 30 до 1

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Филиппин А.С.



Наименование характеристики	Значение
Отклонение напряжения от номинальных значений, %	от +10 до -15
Частота переменного тока, Гц	от 49 до 51
Степень защиты: - от проникновения внешних твердых предметов, пыли и воды по ГОСТ 14254-2015; - от внешних воздействий вводного отделения приборов исполнения «IEx» по ГОСТ 14254-2015	IP4X, IP53, IP54; IP65 не ниже IP54
Группа исполнения по устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008	L1
Группа исполнения по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха по ГОСТ Р 52931-2008	C4
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	У2, Т2
Габаритные размеры, мм, не более - ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг - ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг - ДМ2005СгIEx, ДВ2005СгIEx, ДА2005СгIEx - ДМ2005СгIEx«Ст», ДВ2005СгIEx«Ст», ДА2005СгIEx«Ст»	Ø162 Ø101 Ø184×205×247 Ø175×200×212
Масса, кг, не более - ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг - ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг - ДМ2005СгIEx, ДВ2005СгIEx, ДА2005СгIEx - ДМ2005СгIEx«Ст», ДВ2005СгIEx«Ст», ДА2005СгIEx«Ст»	1,6 1,0 5,5 5,1
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - температура измеряемой среды, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от -60 до +70 (кроме приборов исполнения IEx) от -50 до +60 (приборы исполнения IEx) до +200 (с применением охлаждающих устройств) до +100 при +25 °С (приборы исполнения У2) до +100 при +35 °С (приборы исполнения Т2) от 84 до 106,7
Число срабатываний контактов сигнализирующего устройства приборов	200000
Средняя наработка на отказ приборов исполнения «Кс», ч, не менее	66000
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	100000
Средний срок службы, лет, не менее	6 (для приборов исполнения «Кс») 10 (кроме приборов исполнения «Кс»)

Знак утверждения типа

наносится на циферблат офсетной печатью, на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки представлен в таблице 3.



Таблица 3

Наименование и условное обозначение	Обозначение документа	Количество	Примечание
Прибор		1 шт.	В соответствии с договором (контрактом)
Паспорт	5П10.283.304ПС	1 экз.	Для нужд народного хозяйства
Паспорт	5П10.283.386ПС	1 экз.	Для АЭС
Паспорт	5П10.283.310ПС	1 экз.	Для экспорта
Паспорт	5П10.283.450ПС	1 экз.	Для АЭС (экспорт)
Паспорт	5П10.283.311ПС	1 экз.	Исполнение «1Ех» для нужд народного хозяйства
Паспорт	5П10.283.413ПС	1 экз.	Исполнение «1Ех» для АЭС
Паспорт	5П10.283.312ПС	1 экз.	Исполнение «1Ех» для экспорта
Паспорт	5П10.283.445ПС	1 экз.	Исполнение «1Ех» для АЭС (экспорт)
Руководство по эксплуатации	5П10.283.304РЭ	1 экз.	
Руководство по эксплуатации	5П10.283.311РЭ	1 экз.	Исполнение «1Ех»

При поставке партии приборов в один адрес допускается прилагать по одному экземпляру руководства по эксплуатации, сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 на каждые 10 шт., если иное количество не оговорено при заказе.

Поверка

осуществляется по МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Основные средства поверки:

Рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ Р 8.802-2012 - манометры избыточного давления грузопоршневые МП-2.5; МП-6; МП-60; МП-600 (Регистрационный № 58794-14);

Рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ Р 8.802-2012 - мановакуумметр грузопоршневой МВП-2.5 (Регистрационный № 1652-99).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки в виде оттиска каучукового клейма наносится на корпус и (или) стекло прибора и (или) в паспорт и (или) на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам вакуумметрам и мановакуумметрам показывающим сигнализирующим ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг, ДА2005Сг, ДА2005Сг1Ех, ДА2010Сг

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».

ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»

ГОСТ Р 8.802-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа

ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования»



ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «Взрывонепроницаемая оболочка»

ТУ 4212-040-00225590-2001 «Манометры, вакуумметры и мановакуумметры -показывающие сигнализирующие. Технические условия».

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Манотомь» (ОАО «Манотомь»)

ИНН7021000501

Адрес: 634061, г.Томск, пр. Комсомольский, 62

Телефон/факс: +7(3822) 44-26-28/+7(3822) 44-29-06

Web-сайт: www.manotom-tmz.ru

E-mail: priem@manotom-tmz.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7(495) 437-55-77, факс: +7(495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.

« 19 » 07 2018 г.

С.С. Голубев

