



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.010.A № 54477/1

Срок действия до 14 марта 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термопреобразователи сопротивления ТС004

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "НАВИГАТОР" (ООО "НПЦ "НАВИГАТОР"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 16661-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.461-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для ТС медных класса допуска А;
2 года - для остальных ТС

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **09 февраля 2015 г. № 159**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



..... 2015 г.

Серия СИ

№ 019069

Срок действия до 08 февраля 2024 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **08 февраля 2019 г. № 196**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



" 18 " 02 2019 г.