

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений  
№ 18059-98

Срок действия утверждения типа до 27 января 2030 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Преобразователи термоэлектрические типа ТПЛ005(004)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр  
«НАВИГАТОР» (ООО НПЦ «НАВИГАТОР»), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.338-2002 - в диапазоне температур от 0 до 600 °С;

ГОСТ 14894-69 - в диапазоне температур от минус 40 до 0 °С

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2024 г. N 2719.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 525EEF525B83502D7A69D9FC03064C2A  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 06.03.2024 до 30.05.2025

Е.Р.Лазаренко

«10» февраля 2025 г.





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.32.010.А № 5897/1

Срок действия до 27 января 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Преобразователи термоэлектрические типа ТПЛ 005(004)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный  
центр "НАВИГАТОР" (ООО НПЦ "НАВИГАТОР"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 18059-98

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ  
ГОСТ 8.338-2002 - в диапазоне температур от 0 до 600°C;  
ГОСТ 14894-69 - в диапазоне температур от минус 40 до 0°C

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии от 27 января 2020 г. № 94

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов



"03" "02" ..... 2020 г.

Серия СИ

№ 039724